EG nummer: 209049
Pannenweg 200
6031 RK Nederweert
lab@merefelt.com
0495 461236

Aanvraagformulier wateronderzoek

Naam:		Afnamedatum:	
Adres:		Aanvrager/d'arts:	
Woonplaats:		Rekening naar klant / naar :	
UBNnummer:		Mailadres:	

Hoknummer/tappunt	**Omschrijving watermonster**

In watermonsters wordt gekeken naar het totaal kiemgetal (zie tabel) en naar de volgende bacterën:
Clostridium perfringens, E. coli, Salmonella, Streptococcen en Staphylococcen.
Deze bacteriën horen niet voor te komen in watermonsters
Als op de uitslag: *Geen bijzonderheden* staat,
wil dit zeggen dat deze bacteriën niet aangetoond zijn.
Verder wordt ook de pH gemeten van het water

IKB-norm			goed	afwijkend
	Enterobacteriaceae		< 100 kve/ml	>100 kve/ml
	Totaal kiemgetal		< 100.000 kve/ml	>100.000 kve/ml
	Gisten		0 kve/ml	> 0 kve/ml
	Schimmels		-	+ of meer
	pH		5 - 8,5	< 4 en >9

Het totaal kiemgetal geeft een indruk van de algemene hygiëne van het water.
Daarnaast wordt het coliforme-bacteriëngetal (of beter: de Enterobacteriacea) bepaald om eventuele faecale besmetting vast te stellen.

Categorie 2, monsters voor diagnose en onderzoek